



SZPITAL SPECJALISTYCZNY W CHORZOWIE
41-500 Chorzów ul. Zjednoczenia 10
tel. /0-32/ 34-63-650 fax. /0-32/ 241-47-33
www.szpitalspecjalistycznywchorzowie.pl
email: sekretariat@sswch.pl



ISO 9001
LL-C (Certification)

Chorzów, dnia: 2021-07-20

Szpital Specjalistyczny w Chorzowie
ul. Zjednoczenia 10
41-500 Chorzów

WYKONAWCY
biorący udział w postępowaniu

Pismo nr : Szp. Specj./NZ/ 75 /21

Uprzejmie informujemy, że wpłynęły zapytania do postępowania prowadzonego w trybie pozaustawowym, o wartości poniżej progu o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.) pn. :
Wyposażenie laboratorium w sprzęt niezbędny do wykonywania badań.
Znak sprawy: PU/WL/8/21.

Poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami :

PYTANIA NR 1

1. Dotyczy Pakietu Nr 3:

- czy zapis "Opcja szybkiego zwirowania" należy rozumieć jako funkcję dodatkową, ewentualnie dostępną i nieobowiązkową ?

Odpowiedź : Opcja szybkiego zwirowania jest parametrem wymagalnym.

- czy zapis "Czas pracy 15 sek. – 30 min lub tryb pracy stałej" oznacza, że wystarczającą dla spełnienia wymagań jest dostępność jednej z tych dwóch opcji, zgodnie ze znaczeniem spójnika "lub" w języku polskim ?

**Odpowiedź : Nastąpiła omyłka pisarska, pkt 3 Warunków granicznych winien brzmieć :
„Czas pracy co najmniej 15 sek. – 30 min i tryb pracy stałej.”**

PYTANIA NR 2

Pytania w zakresie zadania nr 1:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wnętrzem wykonanym z tworzywa sztucznego i materiałem zewnętrznym stal polakierowana na biało?

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z komorą zewnętrzną wykonaną ze stali galwanizowanej na gorąco i pokrytą powłoką antykorozyjną oraz folią PCV?

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z pojemnością zamrażarki 100 litrów?

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zamrażarki o pojemności użytkowej (netto) 100 litrów.

Pytanie 4

Czy drzwi w części chłodniczej powinny być przeszklone czy pełne?





SZPITAL SPECJALISTYCZNY W CHORZOWIE
41-500 Chorzów ul. Zjednoczenia 10
tel. /0-32/ 34-63-650 fax. /0-32/ 241-47-33
www.szpitalspecjalistycznywchorzowie.pl
email: sekretariat@sswch.pl



ISO 9001
LL-C (Certification)

Odpowiedź : Drzwi w części chłodniczej muszą być pełne.

PYTANIA NR 3

Pakiet 1

Pyt.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zamrażarki o zakresie temperatur od -20 °C - 40 °C, temp. chłodziarki zgodne z wymaganiami.

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt.2

Czy podane pojemności są pojemnościami brutto czy pojemnościami użytkowymi (netto) ?

Odpowiedź : Podane pojemności są pojemnościami użytkowymi (netto).

Pyt.3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki o pojemności brutto 188L i pojemności użytkowej 182 L i zamrażarki poj. brutto 100L i pojemność użytkowa 97L ?

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt.4

Prosimy o odstąpienie od wymogu pokrycia powłoką antybakteryjną części zewnętrznej/ obudowy zamrażarki.

Zgoda na powyższe pozwoli nam zaoferować urządzenie, które posiada następujące parametry.

- Chłodziarka: 3 półki ze stali nierdzewnej i jedna szuflada ze stali nierdzewnej
- Zamrażarka 2 koszo-szuflady
- Urządzenie dwufunkcyjne 2 kompresorowe. Możliwość niezależnego wyłączenia komory chłodziarki od zamrażarki i odwrotnie.
- Funkcja gromadzenia danych przez 1 miesiąc – poprzez port USB można zgrać je na pendriva i odczytać oraz wydrukować na komputerze dla chłodziarki i zamrażarki. Pobrane dane można przechowywać w plikach na komputerze
- Dane dotyczące temperatury rejestrowane są co 1min przez 24h/dobę. Jeśli wystąpiły stany alarmowe (wysokiej i niskiej temperatury) będą widoczne na wykresach.
- Wskaźnik zbyt niskiego poziomu naładowania baterii podtrzymującej pracę panelu sterowania w przypadku zaniku napięcia 72 godz. tzw. Back-up.
- Sterownik pokazuje temperaturę w komorze chłodziarki i zamrażarki oraz temperaturę otoczenia
- Zabezpieczenie hasłem
- Alarmy wizualne i dźwiękowe dla chłodziarki i zamrażarki:
alarm wysokiej i niskiej temperatury,
alarm braku zasilania,
alarm nieprawidłowego działania czujnika,
alarm otwartych drzwi,
alarm niskiego poziomu akumulatora baterii podtrzymującej pracę sterownika.

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu pokrycia powłoką antybakteryjną części zewnętrznej/ obudowy zamrażarki.

Pyt. 5

Prosimy o wyjaśnienie, na którym poziomie będzie umieszczone urządzenie? Czy jest winda towarowa w budynku? Czy będzie konieczność przemieszczenia zamrażarki po schodach ? Jakiej wielkości są otwory drzwiowe? Czy są jakieś inne ograniczenia architektoniczne?

Ma to znaczenie dla wyceny transportu





SZPITAL SPECJALISTYCZNY W CHORZOWIE
41-500 Chorzów ul. Zjednoczenia 10
tel. /0-32/ 34-63-650 fax. /0-32/ 241-47-33
www.szpitalspecjalistycznywchorzowie.pl
email: sekretariat@sswch.pl



ISO 9001
LL-C (Certification)

Odpowiedź :

Urządzenie będzie umieszczone na drugim piętrze;

W budynku jest winda;

Nie będzie konieczności przemieszczania zamrażarki po schodach;

Otwory drzwiowe co najmniej 90x205 cm;

Nie ma ograniczeń architektonicznych.

PYTANIA NR 3

Pytania pakiet 1.

2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie wykonane z blachy stalowej, antybakteryjnej, pokrytej żywicą epoksydową (materiał odporny na rdzę) na zewnątrz i nietoksycznym plastikiem wewnątrz.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza urządzenie wykonane z blachy stalowej, antybakteryjnej, pokrytej żywicą epoksydową (materiał odporny na rdzę) na zewnątrz lecz nie wyraża zgody na plastik wewnątrz.

Pytania pakiet 2.

5. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o maksymalnej prędkości podgrzewania 5,5°C/min?

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę.

Pytania pakiet 3.

2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o RCF 21380g? Prędkość wirowania spełnia wymagania Zamawiającego.

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę.

3. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o czasie pracy 30s-99 min oraz możliwością pracy w trybie pracy stałej?

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o prędkości wirowania osiągananej w 25 s i hamowania w 25s?

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytania pakiet 4.

7. Czy Zamawiający mógłby doprecyzować ile pudełek z końcówkami potrzebuje? Czy potrzebuje 1 pudełko kompatybilne do każdej pozycji czy 1 pudełko do wszystkich trzech pozycji. Jeśli tak, to jaką pojemność preferuje?

Odpowiedź : Jedno pudełko kompatybilne do każdej pozycji.

PYTANIA NR 4

Pytania pakiet 1.

2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie wykonane z blachy stalowej, antybakteryjnej, pokrytej żywicą epoksydową (materiał odporny na rdzę) na zewnątrz i nietoksycznym plastikiem wewnątrz.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza urządzenie wykonane z blachy stalowej, antybakteryjnej, pokrytej żywicą epoksydową (materiał odporny na rdzę) na zewnątrz lecz nie wyraża zgody na plastik wewnątrz.

Pytania pakiet 2.

5. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o maksymalnej prędkości podgrzewania 5,5°C/min?

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę.





SZPITAL SPECJALISTYCZNY W CHORZOWIE

41-500 Chorzów ul. Zjednoczenia 10
tel. /0-32/ 34-63-650 fax. /0-32/ 241-47-33
www.szpitalspecjalistycznywchorzowie.pl
email: sekretariat@sswch.pl



ISO 9001

LI-C (Certification)

Pytania pakiet 3.

2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o RCF 21380g? Prędkość wirowania spełnia wymagania Zamawiającego.

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę.

3. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o czasie pracy 30s-99 min oraz możliwością pracy w trybie pracy stałej?

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o prędkości wirowania osiągniętej w 25 s i hamowania w 25s?

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytania pakiet 4.

7. Czy Zamawiający mógłby doprecyzować ile pudełek z końcówkami potrzebuje? Czy potrzebuje 1 pudełko kompatybilne do każdej pozycji czy 1 pudełko do wszystkich trzech pozycji. Jeśli tak, to jaką pojemność preferuje?

Odpowiedź : Jedno pudełko kompatybilne do każdej pozycji.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część postępowania, którego dotyczy.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się z wyjaśnieniami oraz przygotowanie ofert, do dnia 23.07.2021 r. do godziny 10:00.

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego
w Chorzowie
Tomasz Pawlak

Dyrektor



tol