



**SZPITAL SPECJALISTYCZNY W CHORZOWIE**  
41-500 Chorzów ul. Zjednoczenia 10  
tel. /0-32/ 34-63-650 fax. /0-32/ 241-47-33  
www.szpitalspecjalistycznywchorzowie.pl  
email: [sekretariat@sswch.pl](mailto:sekretariat@sswch.pl)



**ISO 9001**  
LI-C (Certification)

Chorzów, dnia: 21.01.2022 r.

Znak sprawy: PU/BM/1/22

**OFERENCI**  
ubiegający się o zamówienie publiczne

**WYJAŚNIENIA**  
**TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

Dotyczy : postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 711), zgodnie z art. 26 ust. 4a, pn. :

**„Usługa polegająca na wykonywaniu badań molekularnych : ALK, EGFR, ROS1, PD-L1.”**

W związku z zapytaniami Udzielający zamówienia, Szpital Specjalistyczny w Chorzowie wyjaśnia treść zapytania ofertowego w sposób następujący :

1. W związku z wymogiem zawartym w punkcie nr 9. *Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia* prosimy o informację czy wymóg posiadania przez Przyjmującego Zamówienie certyfikatu zewnętrznej kontroli jakości dotyczy każdego z badań będących przedmiotem postępowania.

**Odpowiedź : Tak, wymóg posiadania przez Przyjmującego Zamówienie certyfikatu zewnętrznej kontroli jakości dotyczy każdego z badań będących przedmiotem postępowania.**

2. W niektórych europejskich programach kontroli jakości certyfikaty przyznawane są nie tylko na podstawie uzyskanych pozytywnych wyników kontroli ale również za sam udział (tzw. certyfikaty uczestnictwa). Prosimy zatem o doprecyzowanie czy Udzielający Zamówienia wymaga posiadania przez Laboratorium certyfikatu potwierdzającego pozytywne przejście europejskiej kontroli jakości dla danego testu.

**Odpowiedź : Tak, Udzielający Zamówienia wymaga posiadania przez Laboratorium certyfikatu potwierdzającego pozytywne przejście kontroli jakości dla danego testu.**


3. Ponadto, prosimy o informację, czy Udzielający Zamówienia wymaga dołączenia certyfikatów zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości jako załączników do składanej oferty.

**Odpowiedź : Tak, Udzielający Zamówienia wymaga dołączenia certyfikatów zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości jako załączników do składanej oferty.**

4. Prosimy również o informację czy wskazany w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia numer sprawy „PU/DA/1/22” jest jedynie omyłką pisarską i dokument ten zawiera opis przedmiotu zamówienia o numerze sprawy: PU/BM/1/22, pod którym został on załączony na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia?

**Odpowiedź : Tak, wskazany w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia numer sprawy „PU/DA/1/22” jest omyłką pisarską. Udzielający zamówienia udostępnia poprawiony załącznik nr 3.**

*Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część postępowania, którego dotyczą.*

DYREKTOR  
Szpitala Specjalistycznego  
w Chorzowie  
Tomáš Pawlak  
  
Dyrektor