



# SZPITAL SPECJALISTYCZNY W CHORZOWIE

ul. Zjednoczenia 10, 41-500 Chorzów

NIP: 627 23 23 217, REGON: 271503395, KRS: 0000050560

tel. +48 (32) 346 36 15, fax. +48 (32) 241 47 33

e-mail: sekretariat@sswch.pl

www.sswch.pl



Chorzów, dnia: 04.12.2023 r.

Pismo nr : SSWCH/NZ/ 278/ 2023

## WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

## WYJAŚNIENIA treści zapytania ofertowego

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie pozaustawowym, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605), pn.: „Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego.” nr sprawy: PU/241/26/SM/2023.

W związku z zapytaniami Wykonawców, Zamawiający Szpital Specjalistyczny w Chorzowie, na podstawie § 5 ust. 11 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 Pzp, udziela wyjaśnień treści zapytania ofertowego :

### **Zestaw pytań nr 1**

**1. Pakiet nr 2 – Czy Zamawiający dopuści dostarczanie dokumentów dopuszczających (DZ, CE, Wpis) wraz z dostawami?**

**Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody, dokumenty wraz z ofertą są niezbędne do zweryfikowania czy zaferowany produkt spełnia wymagania Zamawiającego.**

**2. Pakiet nr 2 poz. 1-4 - Czy Zamawiający dopuści igły bezpieczne z osłoną igły aktywowana jedną ręką natychmiast po dokonanej iniekcji o następujących parametrach:**

- Osłonka zintegrowana z igłą
- Ostrze igły ścięte trójplaszczynowo
- Nasadka igły kodowana kolorystycznie w zależności od rozmiaru
- Słyszalne kliknięcie oznaczające aktywację mechanizmu zabezpieczającego
- Igła pozostaje zamknięta bezpiecznie wewnątrz aktywowanej osłony
- Połączenie zarówno ze strzykawkami luer jak i luer-lock
- Ostrze zabezpieczone poprzez podwójny mechanizm blokady
- Opakowanie typu blister-pack
- Opakowanie podstawowe – 50 szt.
- Nietoksyczna, niepirogenna
- Sterylizowana tlenkiem etylenu

**Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę.**

**3. Pakiet nr 2 poz. 1-4 - Czy Zamawiający dopuści wycenę igieł bezpiecznych za opakowanie a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?**

**Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę.**

**4. Pakiet nr 2 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści igły bezpieczne dostępne w następujących rozmiarach:**



## SZPITAL SPECJALISTYCZNY W CHORZOWIE

ul. Zjednoczenia 10, 41-500 Chorzów

NIP: 627 23 23 217, REGON: 271503395, KRS: 0000050560

tel. +48 (32) 346 36 15, fax. +48 (32) 241 47 33

e-mail: sekretariat@sswch.pl

www.sswch.pl



ROZMIAR	KOLOR
0,3mm x 13mm	jasnożółty
0,45mm x 12mm	brązowy
0,5mm x 25mm	pomarańczowy
0,5mm x 40mm	pomarańczowy
0,6mm x 25mm	niebieski
0,6mm x 30mm	niebieski
0,7mm x 30mm	czarny
0,7mm x 40mm	czarny
0,8mm x 40mm	zielony
0,9mm x 40mm	żółty
1,1mm x 40mm	beżowy
1,2mm x 40mm	różowy

**Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

5. Pakiet 2, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści igły bezpieczne w rozmiarze 0,3x13mm?

**Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

6. Pakiet nr 2 pozycja 5-6 – Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawkę za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę.**

7. Pakiet nr 2 pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści wycenę igieł motylek za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę.**

8. Pakiet nr 2 pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści koreczki Combi dostępne wyłącznie w kolorze czerwonym?

**Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody, jednak modyfikuje arkusz cenowy pakietu nr 2, tj. poz. nr 8 (między innymi) została wydzielona do odrębnego pakietu o nr 3.**

9. Pakiet nr 2 pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści wycenę koreczków Combi za opakowanie a'100 sztuk?

**Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza opakowania po 100 szt. należy wycenić ilość ułamkową opakowań, w tej sytuacji 2,5.**

10. Pakiet nr 2 pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści kranik dostępne wyłącznie w kolorze niebieskim?

**Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody, jednak modyfikuje arkusz cenowy pakietu nr 2, tj. poz. nr 9 (między innymi) została wydzielona do odrębnego pakietu o nr 3.**

11. Pakiet nr 2 pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści wycenę kraników za opakowanie a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę.**



## SZPITAL SPECJALISTYCZNY W CHORZOWIE

ul. Zjednoczenia 10, 41-500 Chorzów

NIP: 627 23 23 217, REGON: 271503395, KRS: 0000050560

tel. +48 (32) 346 36 15, fax. +48 (32) 241 47 33

e-mail: sekretariat@sswch.pl

www.sswch.pl



---

12. Pakiet nr 2 pozycja 10 – Czy Zamawiający dopuści port bezigłowy do użytku przez 7 dni lub 350 aktywacji?

**Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza port bezigłowy do użytku przez 7 dni lub 350 aktywacji pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań Zapytania ofertowego.**

13. Pakiet nr 2 pozycja 11 - Czy Zamawiający oczekuje przyrządu do transfuzji posiadającego na zacisku rolkowym wytłoczoną nazwą producenta, w celu pełnej identyfikacji wyrobu?

**Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

14. Pakiet nr 2 pozycja 12 - Czy Zamawiający oczekuje przyrządu z komorą kroplową wyposażoną w skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami?

**Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

15. Pakiet nr 2 pozycja 12 - Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego w koreczek Airpass na końcu drenu, koreczek z filtrem hydrofobowym, umożliwiającą wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia oraz zabezpieczający przed wyciekaniem płynu?

**Odpowiedź : Zamawiający wymaga tego typu koreczka.**

16. Pakiet nr 2 pozycja 12 - Czy Zamawiający oczekuje przyrządu z komorą kroplową o długości 6 cm?

**Odpowiedź : Zamawiający wymagał przyrządu z komorą kroplową o długości 6 cm, lecz dopuścił również komorę kroplową o długości 80 mm (zestaw pytań nr 2 pytanie 3).**

17. Pakiet nr 2 pozycja 12 - Czy Zamawiający oczekuje przyrządu z hydrofilowym filtrem cząsteczkowym Liquid Lock o wielkości oczek 8 µm?

**Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga wielkość oczek 8 µm . Oczekuje przyrządu z hydrofilowym filtrem cząsteczkowym automatycznie zatrzymującym przepływ po opróżnieniu komory kroplowej -zapobiegając zatorowi powietrznemu.**

18. Pakiet 2, poz. 13 - Czy Zamawiający dopuści strzykawki cewnikowe z pojedynczą, wyraźną skalą pomiarową?

**Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody.**

19. Pakiet 2, poz. 13 - Czy Zamawiający dopuści strzykawki cewnikowe z dwoma łącznikami redukcyjnymi luer?

**Odpowiedź : Tak, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków wymagań Zapytania ofertowego.**

20. Pakiet 2, poz. 13 - Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek cewnikowych za opakowanie a<sup>3</sup>25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę.**

21. Pakiet 2, poz. 14 - Czy Zamawiający dopuści strzykawki do pomp infuzyjnych 50ml z rozszerzeniem do 60ml?

**Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**



## SZPITAL SPECJALISTYCZNY W CHORZOWIE

ul. Zjednoczenia 10, 41-500 Chorzów

NIP: 627 23 23 217, REGON: 271503395, KRS: 0000050560

tel. +48 (32) 346 36 15, fax. +48 (32) 241 47 33

e-mail: sekretariat@sswch.pl

www.sswch.pl



---

22. Pakiet 2, poz. 14 - Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawkę do pomp za opakowanie a'25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę.**

23. Pakiet 2, poz. 18 – Czy Zamawiający cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z medycznego PVC zawierającego śladowe ilości ftalanów?

**Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody, jednak modyfikuje arkusz cenowy pakietu nr 2, tj. poz. nr 18 (między innymi) została wydzielona do odrębnego pakietu o nr 3.**

24. Pakiet 2, poz. 19-20 – Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos z przezroczystego, ale nie bezbarwnego PVC jak na załączonym zdjęciu?



**Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań Zapytania ofertowego.**

25. Pakiet 2, poz. 19-20 – Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos wykonany z medycznego PVC zawierającego śladowe ilości ftalanów?

**Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody, jednak modyfikuje arkusz cenowy pakietu nr 2 – poz. nr 19 i 20 (między innymi) została wydzielona do odrębnego pakietu o nr 3.**

26. Pakiet 2, poz. 19-20 – Czy Zamawiający oczekuje wyrobu sterylnego w opakowaniu papier-folia lub foliowym?

**Odpowiedź : Zamawiający oczekuje wyrobu sterylnego, dopuszcza opakowanie papier-folia lub folia.**

27. Pakiet 2, poz. 19-20 - Czy zamawiający oczekuje wyrobu sterylnego (jałowego) pozbawionego zdolnych do życia drobnoustrojów w ich formach wegetatywnych jak i przetrwalnikowych, którego jałowość osiągnąta jest poprzez proces sterylizacji (tutaj wpisać np. tlenkiem etylenu), tym samym bezpiecznego dla pacjenta, minimalizującego ryzyko wprowadzenia zakażenia w drogi oddechowe?

**Odpowiedź : Zamawiający oczekuje wyrobu sterylizowanego tlenkiem etylenu.**

28. Pakiet 2, poz. 19 – Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos o długości 2,1m?

**Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

29. Pakiet 2, poz. 36 – Czy Zamawiający dopuści maskę do tlenu z medycznego, przezroczystego PCV o korowym zabarwieniu jak na zdjęciu poniżej?



## SZPITAL SPECJALISTYCZNY W CHORZOWIE


ul. Zjednoczenia 10, 41-500 Chorzów

NIP: 627 23 23 217, REGON: 271503395, KRS: 0000050560

tel. +48 (32) 346 36 15, fax. +48 (32) 241 47 33

e-mail: sekretariat@sswch.pl

www.sswch.pl



**Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

30. Pakiet 2, poz. 37 – Czy zamawiający dopuści wycenę skalpeli za opakowanie a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę.**

31. Pakiet 2, poz. 45 – Czy Zamawiający dopuści igłę do pobierania leków w rozmiarze 18G 1,2x30mm?

**Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

32. Pakiet 2, poz. 45 – Czy Zamawiający dopuści igłę do pobierania leków bez filtra?

**Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody.**

33. Pakiet 2, poz. 45– Czy Zamawiający dopuści wycenę igieł za opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę.**

### Zestaw pytań nr 2

#### Pakiet Nr 2

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 1 Bezpiecznej igły iniekcyjnej, o następujących rozmiarach : 0,45x12mm, 0,40x20mm, 0,6x30mm, 0,7x30mm?

**Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 2 Bezpiecznej igły iniekcyjnej w rozmiarze 0,3x12mm?

**Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 11 przyrządu do przetaczania krwi i jej preparatów komorę kroplową o długości min. 80mm w części przezroczystej, spełniającego pozostałe zapisy?

**Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 12 przyrządu do infuzji płynów z komorą kroplową dwu częściową (twarda/miękka) wyposażoną w pierścień ułatwiający aplikacje przyrządu spełniającego pozostałe zapisy?

**Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**



## SZPITAL SPECJALISTYCZNY W CHORZOWIE

ul. Zjednoczenia 10, 41-500 Chorzów

NIP: 627 23 23 217, REGON: 271503395, KRS: 0000050560

tel. +48 (32) 346 36 15, fax. +48 (32) 241 47 33

e-mail: sekretariat@sswch.pl

www.sswch.pl



---

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 45 igłę do pobierania leków tępą z litrem 5µm w rozmiarze 18G (1,2x38mm)?

**Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Jednocześnie Zamawiający informuje, iż wydzielił pozycje nr 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 38, 41 i 42 z pakietu nr 2 i utworzył z nich pakiet nr 3.**

**Zmodyfikowane Arkusze cenowe zostały opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania.**

**Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część postępowania, którego dotyczy.**

*Dyrektor*

Opracowała : Dorota Kaczmarek/Dorota Wrońska  
Sporządzono w dniu: 04.12.2023 r.